医　療　関　係　者　各　位

2016年6月

日新製薬株式会社
日新薬品株式会社

ツイストルアーポリエチレンボトルの ルアーロックシリンジにおける使用方法

ルアーロックシリンジ（シリンジの筒先が右記イラストの様な形状）の場合は、次の1～4の方法でツイストルアーポリエチレンボトルを使用して下さい。



1．頭部へのセット

シリンジの筒先をポリエチレンボトルに対し、**真っすぐに押し付けながら、時計回りに回転**させ、軽くねじ込んで下さい。

2．ねじ込み、固定させる

シリンジを**1回転するようにポリエチレンボトルにねじ込み、**固定させて下さい。
シリンジが1回転すると、回転に抵抗を感じるので、これ以上は回転させないで下さい。

○ 良い例

1回転するように ねじ込んで下さい。



× 悪い例

1回転以上回転するとねじ切れる可能性がありますので、回転させ過ぎないで下さい。

3．内容液の抜き取り

2.の方法で固定させたら、手を持ち替えて、ポリエチレンボトルを上にして内容液を抜き取って下さい。



＊内容液の抜き取り中にピストンが引き戻されることがありますが、内容液を抜き取った後に、シリンダーを持ちながらピストンを固定すると引き戻されなくなります。

4．取り外し

ポリエチレンボトルの肩部を反時計回りに回転させ、ボトルを取り外して下さい。

反時計回りに回転させて下さい。

ボトルを取り外して下さい。